

N° de série : **843820045** N° Document : **82V12 / DDUTSCHER**  
 Référence : Sorenson OneTouche - 10 / Ref Dutscher: 112740 Mise en service : **Date : 23/08/2012**  
 Modèle : OneTouche - var. 0.5-10 µl - type A Nombre de canaux : 1 **Heure : 09:37:09**  
 Constructeur : SORENSON

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

**Volume : 1 µl**

Moyenne : 0,982 µl Minimum : 0,961 µl Maximum : 0,993 µl  
 Erreur systématique Ev : -0,018 µl E% -1,82 % Tolérance E : 0,12 µl **CONFORME**  
 Erreur aléatoire Sv : 0,011 µl CV% 1,13 % Tolérance S : 0,08 µl **CONFORME**

10 mesures (en mg)

0,958 0,964 0,987 0,989 0,972 0,976 0,980 0,985 0,990 0,986

**Volume : 5 µl**

Moyenne : 5,057 µl Minimum : 5,028 µl Maximum : 5,079 µl  
 Erreur systématique Ev : 0,057 µl E% 1,14 % Tolérance E : 0,12 µl **CONFORME**  
 Erreur aléatoire Sv : 0,017 µl CV% 0,33 % Tolérance S : 0,08 µl **CONFORME**

10 mesures (en mg)

5,012 5,036 5,034 5,016 5,052 5,053 5,052 5,046 5,044 5,063

**Volume : 10 µl**

Moyenne : 10,108 µl Minimum : 10,061 µl Maximum : 10,133 µl  
 Erreur systématique Ev : 0,108 µl E% 1,08 % Tolérance E : 0,12 µl **CONFORME**  
 Erreur aléatoire Sv : 0,022 µl CV% 0,22 % Tolérance S : 0,08 µl **CONFORME**

10 mesures (en mg)

10,029 10,055 10,067 10,070 10,082 10,086 10,101 10,097 10,071 10,099

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

**Conclusion CONFORME**

**Décontamination** Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011  
 méthode gravimétrique : procédure PLM050 référentiel : ISO 8655

Température : 22,2 °C

Pression : 999,8 hPa

Hygrométrie : 63,3 %

Pointe : ClearLine 015020CL

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0032 µl/mg

ClearLine 035210CL (Low Binding)

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr