

N° de série : 12539284	N° Document : 21V12 / DDUTSCHER
Référence : Biohit 725 - 10 / Ref Dutscher: 070430	Mise en service : Date : 21/08/2012
Modèle : mLINE - var. 0.5-10 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 14:16:16
Constructeur : BIOHIT	

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

**Volume : 1 µl**

Moyenne :	0,971 µl	Minimum :	0,960 µl	Maximum :	0,982 µl		
Erreur systématique	Ev : -0,029 µl	E%	-2,92 %	Tolérance E :	0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,007 µl	CV%	0,77 %	Tolérance S :	0,08 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

0,962 0,977 0,957 0,959 0,963 0,979 0,966 0,968 0,972 0,972

**Volume : 5 µl**

Moyenne :	5,005 µl	Minimum :	4,991 µl	Maximum :	5,023 µl		
Erreur systématique	Ev : 0,005 µl	E%	0,10 %	Tolérance E :	0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,010 µl	CV%	0,20 %	Tolérance S :	0,08 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

4,994 4,993 4,999 5,006 4,989 4,978 4,989 4,981 4,974 4,979

**Volume : 10 µl**

Moyenne :	10,062 µl	Minimum :	10,027 µl	Maximum :	10,108 µl		
Erreur systématique	Ev : 0,062 µl	E%	0,62 %	Tolérance E :	0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,026 µl	CV%	0,26 %	Tolérance S :	0,08 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

9,993 10,031 10,024 10,004 10,074 10,066 10,039 10,014 10,006 10,026

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

**Conclusion CONFORME**

**Décontamination** Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011  
méthode gravimétrique : procédure PLM050 référentiel : ISO 8655

Température : 22,7 °C

Pression : 1000 hPa

Hygrométrie : 67,6 %

Pointe : ClearLine 028200CL Evaporation : 0 mg  
ClearLine 035200CL (Low Binding)

Facteur : 1,0034 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaisersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 – SIRET 444 856 942 00016 – APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr