

N° de série : L14057B	N° Document : 42V12 / DDUTSCHER
Référence : Eppendorf 3120 - 2.5 / Ref Dutscher: 035602	Mise en service : Date : 22/08/2012
Modèle : Research Plus- var. 0.1-2.5 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 10:01:12
Constructeur : EPPENDORF	

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

Volume : 0,25 µl

Moyenne :	0,199 µl	Minimum :	0,185 µl	Maximum :	0,217 µl		
Erreur systématique	Ev : -0,051 µl	E%	-20,33 %	Tolérance E :	0,125 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,011 µl	CV%	5,62 %	Tolérance S :	0,075 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

0,187 0,189 0,204 0,195 0,184 0,206 0,216 0,198 0,192 0,214

Volume : 1,25 µl

Moyenne :	1,221 µl	Minimum :	1,196 µl	Maximum :	1,235 µl		
Erreur systématique	Ev : -0,029 µl	E%	-2,32 %	Tolérance E :	0,125 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,013 µl	CV%	1,03 %	Tolérance S :	0,075 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

1,226 1,192 1,217 1,199 1,224 1,219 1,216 1,229 1,216 1,231

Volume : 2,5 µl

Moyenne :	2,485 µl	Minimum :	2,463 µl	Maximum :	2,502 µl		
Erreur systématique	Ev : -0,015 µl	E%	-0,58 %	Tolérance E :	0,125 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,013 µl	CV%	0,52 %	Tolérance S :	0,075 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

2,462 2,477 2,484 2,472 2,485 2,488 2,466 2,487 2,494 2,455

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion CONFORME

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011
méthode gravimétrique : procédure PLM050 référentiel : ISO 8655

Température : 22,5 °C

Pression : 1001,3 hPa

Hygrométrie : 78,3 %

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0034 µl/mg

Pointe : ClearLine Ref.037640CL / Ref.037640TCL (Low Binding)

Pointe : ClearLine Ref.037660CL / Ref.037660TCL (Low Binding)

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr