

N° de série : 13654697	N° Document : 49V14 / DD062014
Référence : Biohit 725 - 100	Mise en service : Date : 05/06/2014
Modèle : mLINE - var. 10-100 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 11:24:14
Constructeur : BIOHIT	

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER BRUMATH

Volume : 10 µl

Moyenne : 9,880 µl **Minimum :** 9,837 µl **Maximum :** 9,908 µl

Erreur systématique **Ev :** -0,120 µl **E%** -1,20 % **Tolérance E :** 0,8 µl **CONFORME**

Erreur aléatoire **Sv :** 0,026 µl **CV%** 0,27 % **Tolérance S :** 0,3 µl **CONFORME**

10 mesures (en mg)

9,809 9,812 9,835 9,836 9,871 9,878 9,867 9,866 9,857 9,879

Volume : 50 µl

Moyenne : 49,586 µl **Minimum :** 49,470 µl **Maximum :** 49,643 µl

Erreur systématique **Ev :** -0,414 µl **E%** -0,83 % **Tolérance E :** 0,8 µl **CONFORME**

Erreur aléatoire **Sv :** 0,055 µl **CV%** 0,11 % **Tolérance S :** 0,3 µl **CONFORME**

10 mesures (en mg)

49,327 49,378 49,449 49,431 49,471 49,499 49,497 49,433 49,457 49,489

Volume : 100 µl

Moyenne : 99,572 µl **Minimum :** 99,442 µl **Maximum :** 99,638 µl

Erreur systématique **Ev :** -0,428 µl **E%** -0,43 % **Tolérance E :** 0,8 µl **CONFORME**

Erreur aléatoire **Sv :** 0,052 µl **CV%** 0,05 % **Tolérance S :** 0,3 µl **CONFORME**

10 mesures (en mg)

99,278 99,298 99,260 99,317 99,313 99,154 99,299 99,291 99,350 99,279

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion **CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature : 

Identification balance : Sartorius MSA6.6S n°28908862

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° G2-383 du 20/02/2013
référentiel : ISO 8655

Température : 20,8 °C

Pression : 998,3 hPa

Hygrométrie : 61,4 %

Pointe : CLEARLINE 713116

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0029 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285